



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 006/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) SEC. MUN. DE SAÚDE, **HOMOLOGA** nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: **AQUISIÇÃO TOTAL E IMEDIATA DE APARELHO DIGITALIZADOR DE IMAGENS (CR) E DA IMPESSORA DE FILMES PARA COMPOR A ESTRUTURA OPERACIONAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS CONFORME CONVENIO 100.026/2021**

Fornecedor : KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 71.256.283/0001-85

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	UND	DIGITALIZADOR DE IMAGENS (CR) Descrição Geral: Sistema de radiografia computadorizada (CR) monocassete de digitalização de imagens para radiologia geral com capacidade de leitura de cassetes de no mínimo três tamanhos: 18x24 cm, 24x30 cm e 35x43 cm (ou tamanhos aproximados); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE NO MINIMO 2 CASSETES DE CADA TAMANHO; Resolução de no mínimo 10 pixels/mm (100 micrômetros). O sistema deverá ser composto pelo digitalizador, cassetes e console de aquisição para cadastramento de dados e ajuste de imagens; O equipamento deverá ser de piso, ou seja, para sua instalação não poderá ser necessário suporte, prateleiras ou mesas. Características Técnicas: Reconhecimento automático do tamanho e tipo do cassete; Identificação eletrônica ou por código de barras dos cassetes; Processamento de no mínimo 75 cassetes por hora no tamanho 35x43 cm; Escala de tons de cinza de no mínimo 12 bits; Processador Core i3 (ou similar), 500GB de armazenamento Hard Disk e 4GB de memória RAM; Monitor touch screen de no mínimo 23 polegadas; Permitir a gravação de imagens em CD/DVD; Ferramentas de processamento das imagens adquiridas com os seguintes recursos: Configuração pelo usuário dos protocolos de aquisição e processamento por diferentes regiões anatômicas; Ajuste de latitude, contraste e brilho independentemente; Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário; Inserção de textos fixos e editados pelo usuário; Magnificação da imagem para visualização; Impressão de no mínimo 4 imagens por película; Rotação e inversão da imagem; Pacote de conectividade DICOM 3.0: Storage; Print; Modality Worklist. Cassetes: 02 cassetes com placa de fósforo 18x24 cm para Raios X; 02 cassetes com placa de fósforo 24x30 cm para Raios X; 02 cassetes com placa de fósforo 35x43 cm para Raios-x. Acompanha: Nobreak com onda senoidal pura (online) compatível com o equipamento. Manual de operação em português. É exigido: Catálogo original do produto que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; Registro do produto na ANVISA; Frete, instalação, garantia de 12 meses e treinamento. A empresa deverá possuir assistência técnica local comprovada no Estado de Sergipe.	Konica Minolta	CR Regius 110 HQ	R\$ 63.121,14	R\$ 63.121,14	R\$ 122.166,66	R\$ 122.166,66	--	R\$ 69.045,52

Subtotal Adjudicado R\$ 60.000,00

Subtotal Orçado: R\$ 48,33%  
154.833,32

R\$  
74.833,32

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	UND	IMPRESSORA DE FILMES A impressora deverá possuir a seguinte descrição técnica mínima: Sistema laser de impressão radiológicos a seco para uso em radiologia Impressora de filmes a laser para uso em radiologia geral e demais modalidades médicas; Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de 100 a 160 filmes; 02 (duas) gavetas com capacidade de impressão de mínimo dois tamanhos simultâneos; Resolução máxima de 100 microns para raios-x; Resolução de impressão de no mínimo 600 dpi; Resolução output de contraste de no mínimo 14 bits; 02 gavetas com capacidade de trabalhar com 02 tamanhos de filmes simultaneamente carregados no equipamento; Controle automático da densidade do filme; Conexão com equipamentos de CR ou outras modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Alimentação elétrica 110 V/60 Hz ou 220 V/60 Hz. Acompanha: Nobreak com onda senoidal pura (online) compatível com o equipamento. Manual de operação em português. É exigido: Catálogo original do produto que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; Registro do produto na ANVISA; Frete, instalação, garantia de 12 meses e treinamento. A empresa deverá possuir assistência técnica local comprovada no Estado de Sergipe.	Konica Minolta	Impressora de Filmes DryPro Sigma 2	R\$ 16.878,86	R\$ 16.878,86	R\$ 32.666,66	R\$ 32.666,66	--	R\$ 16.787,80
						Subtotal Lote R\$ 80.000,00					
						Subtotal Adjudicado R\$ 80.000,00		Subtotal Orçado: R\$ 154.833,32		48,33% R\$ 74.833,32	

**TOTAL GERAL DO PROCESSO**

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 80.000,00	R\$ 154.833,32	48,33%	74.833,32

Nos termos do Parecer Jurídico, **HOMOLOGO** o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Simão Dias-SE, 16 de Abril de 2022

JOSÉ RENALDO PRATA SOBRINHO  
SEC. MUN. DE SAÚDE