



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS/SE



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 030/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) SEC. MUN. DE SAÚDE, HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: **AQUISIÇÃO TOTAL E IMEDIATA DE APARELHO DE RAIOS "X" PARA COMPOR A ESTRUTURA OPERACIONAL DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS CONFORME CONVENIO 100.926/2021**

Fornecedor : KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 71.256.283/0001-85

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	UND	Konica Minolta	Altus 150kv	R\$ 104.000,00	R\$ 104.000,00	R\$ 129.126,43	R\$ 129.126,43	19,46	R\$ 25.126,43

Descrição: O equipamento de raios-x fixo deverá possuir a seguinte descrição técnica mínima: Comando e gerador de alta tensão: Gerador de raios X microprocessado de alta frequência; Potência mínima de 50 kW; Alimentação elétrica trifásica 380 Volts - 50/60 Hz; Seleção de 40 a 150 kV ou maior; Faixa de mAs de 0,4 ou menor até 500 ou maior; Tempo de exposição de 4 ms ou menor até 5 segundos ou maior; Proteção térmica do tubo de raios X; Mostrador digital. Cabos: Par de cabos de alta tensão. Bucky mural: Deslocamento vertical de 135 cm ou maior; Bucky com grade fixa; Frelos eletromagnéticos ou mecânicos; Foco variável de 100 a 180 cm. Mesa com tampo flutuante: Movimento transversal e longitudinal; Bucky com grade fixa; Capacidade de carga de no mínimo 200 kg; Frelos eletromagnéticos para os movimentos do tampo; Dimensões do tampo (C x L) de no mínimo 200 cm x 80 cm; Foco variável de 100 a 180 cm. Estativa porta tubo de raios X: Tipo chão-mesa ou chão-chão; Movimento vertical de 140 cm ou maior; Frelos eletromagnéticos; Rotação do braço porta tubo ± 90°. Tubo de raios X: Foco fino de no máximo 0,6 mm; Foco grosso de no máximo 1,2 mm; Rotação do anodo de no mínimo 9.700 rpm; Capacidade térmica de anodo de no mínimo 300 KHU. Acompanha: Autotransformador de 220V para 380V, Caso a unidade possua rede trifásica 220V. Manual de operação em português. É exigido: Catálogo original do produto que comprovem o atendimento às especificações técnicas mínimas solicitadas; Registro do produto na ANVISA; Frete, instalação, garantia de 12 meses e treinamento. A empresa deverá possuir assistência técnica local comprovada no Estado de Sergipe.

Subtotal Adjudicado R\$ 104.000,00	Subtotal Orçado: R\$ 129.126,43	19,4587 %	R\$ 25.126,43
------------------------------------	---------------------------------	-----------	---------------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 104.000,00	R\$ 129.126,43	19,4587 %	25.126,43

Nos termos do Parecer Jurídico, HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Simão Dias/SE, 09 de Novembro de 2022

JOSÉ RENALDO PRATA SOBRINHO
SEC. MUN. DE SAÚDE